

# 3 mois après l'achat

Date

**Objectif: contrôler l'efficacité de l'appareillage et optimiser les réglages**

## ■ LES ETAPES

### 1 - Ecouter vos besoins

- Faire le point avec votre audioprothésiste grâce à la matrice d'information d'appareillage.

### 2 - Contrôler vos appareils

- Nettoyer les appareils, vérifier la qualité de l'amplification au stéthoscope, changer les tubes.

### 3 - Remédier à toute anomalie ou à toute insatisfaction\*

### 4 - Ajuster les réglages selon vos besoins puis les valider par vos sensations auditives immédiates

- Améliorer les performances de reconnaissance de la parole sous réserve que le confort auditif soit satisfaisant.

### 5 - Contrôler l'efficacité de l'appareillage et comparer les résultats avec ceux du départ

- Reproduire l'environnement sonore des situations à problèmes pour valider les réglages.
- Faire inscrire les résultats P. 22 à 25.

## ■ LES ETAPES OPTIONNELLES

### DES CAS STANDARDS A 3, 6 OU 12 MOIS

- Contrôler l'équilibrage droite/gauche
- Contrôler la localisation spatiale

### L'audioprothésiste précise les actes réalisés

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### L'audioprothésiste note ses conseils sur le port et l'usage de vos appareils

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\* Si nécessaire, contrôler l'acoustique des appareils à la chaîne de mesure